

电磁流量计 使用说明书

9000 系列

2020 年 1 月 A 版

目 录

1. 产品功能说明	1
1.1 基本功能	1
1.2 特殊功能	1
1.3 正常工作条件	1
1.4 与传感器连接型式	1
1.5 产品尺寸图	2
2. 转换器基本电路	4
3. 技术性能指标	4
3.1 执行标准	4
3.2 流量计选型与参数性能指标	4
4. 转换器接线与操作	10
4.1 键盘定义与显示	10
4.2 转换器接线图	10
4.3 连接电线电缆特性及连接要求	11
4.4 数字量输出及计算	12
4.5 模拟量输出及计算	14
5. 仪表参数设置	15
5.1 参数设置功能及功能键操作	15
5.2 四键转换器参数及操作	18
6. 红外手持遥控键盘	24
7.报警信息	24
8. 故障处理	25
8.1 仪表无显示	25
8.2 励磁报警	25
8.3 空管报警	25
8.4 测量的流量不准确	25
9. 装箱与贮存	26
9.1 装箱	25
9.2 运输和贮存	26
附录一 励磁频率选择（参考）	27

1. 产品功能说明

1.1 基本功能

- 低频方波励磁，励磁频率：1/8 工频、1/16 工频、1/20 工频；
- 高频方波励磁，励磁频率：1/2 工频（适用于浆液测量）（选配）；
- 励磁电流可选定为 125mA、187.5mA、250mA；
- 无需附加电极的空管测量功能，连续测量，定值报警；
- 流速测量范围：0.1 --- 15 米/秒，流速分辨率：0.5 毫米/秒；
- 交流高频开关电源，电压适用范围：85VAC --- 250VAC；
- 直流 24V 开关电源，电压适用范围：20VDC --- 36VDC；
- 网络功能：MODBUS、HART（选配）；
- 中文、英文显示方式，（可定制其它语言）；
- 内部有三个积算器总量，可分别记录：正向总量、反向总量、差值总量。

1.2 特殊功能

- 掉电时间记录功能，自动记录仪表系统电源中断时间，补算漏计流量；
- 小时总量记录功能，以小时为单位记录流量总量，适用于分时计量制；
- 红外手持操作键盘，远距离非接触操作转换器所有功能。

1.3 正常工作条件

环境温度：一体型 $-10\sim+60^{\circ}\text{C}$ ；

相对湿度：5%~90%；

供电电源：单相交流电 85~250V，45~63Hz 和 DC24V 直流；

耗散功率：小于 20W（连接传感器配后）。

1.4 与传感器连接型式

一体式：圆形壳体，壳体直接同传感器法兰连接。

1.5 产品尺寸图

1.5.1 转换器尺寸




图 1.1 KFD9000A 系列





图 1.2 EMF 系列

1.5.2 传感器尺寸

DN	a	D	K	N*k
10	200	90	60	4*14
15	200	95	65	4*14
20	200	105	75	4*14
25	200	115	85	4*14
32	200	140	100	4*18
40	200	150	110	4*18
50	200	165	125	4*18
65	200	185	145	4*18
80	250	200	160	8*18
100	250	220	180	8*18
125	250	250	210	8*18
150	300	285	240	8*22
200	350	340	295	12*22
250	450	395	350	12*22
300	500	445	400	12*22
350	550	505	460	16*22
400	600	565	515	16*26
450	600	615	565	20*26
500	600	670	620	20*26
600	600	780	725	20*30
700	700	895	840	24*30
800	800	1015	950	24*33
900	900	1115	1050	28*33
1000	1000	1230	1160	28*36
1200	1200	1405	1340	32*33
1400	1400	1630	1560	36*36
1600	1600	1830	1760	40*36
1800	1800	2045	1970	44*39
2000	2000	2265	2180	48*42
2200	2200	2405	2315	52*45



2. 转换器基本电路




图 2.1 转换器电路结构

电磁流量计转换器向电磁流量传感器励磁线圈提供稳定的励磁电流，前置放大器将传感器感应的电动势放大、转换成标准的电流信号或频率信号，便于流量的显示、控制与调节。图 2.1 所示为转换器电路结构。

3. 技术性能指标

3.1 执行标准

KFD9000 电磁流量计的设计、生产、检测执行《JB/T 9248-2015 电磁流量计》。

3.2 流量计选型与参数性能指标

正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。选用什么种类的电磁流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定，使电磁流量计的口径，流量范围，衬里材料，电极材料和输出电流等，都能适应被测流体的性质和性质和流量的要求。

由电磁流量计的工作原理可知，能选用电磁流量计测量流量的流体必须是导电的，

严格的说，除了高温流体之外，只要电导率大于 $30\mu\text{S}/\text{cm}$ 的任何流体都选用相应的电磁流量计来测量流量，因此不导电的气体，蒸汽，油类，丙酮等物质不能选用电磁流量计来测量流量。

3.2.1 配套传感器公称通径（mm）：

10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200；

3.2.2 传感器口径的确定

流量计使用流速最好在 $0.3\sim 5\text{ m/s}$ 范围内，此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。

使用流速低于 0.3 m/s 时最好在仪表部位局部提高流速，采用缩管方式：

★ 异径管的中心锥角不大于 15° 时，可把异径管视为直管段的一部分。

3.2.3 一体型或分离型的选择

一体型：现场环境较好的情况下，一般都选用一体型，即传感器和转换器组装成一体。

分离型：即传感器和转换器分开装于不同的地点，一般出现以下情况时选用分离型。

- (1) 环境温度或流量计转换器表面受辐射温度超过 60°C 。
- (2) 管道震动较大的场合。
- (3) 会对传感器的铝壳严重腐蚀的场合。
- (4) 现场温度较大或有腐蚀性气体的场合。
- (5) 流量计装在高空或并下调试不方便的场合。

订货时应注明传感器的转换器分离距离，一般不能超过 100m ，转换器为墙挂式安装。

3.2.4 电极、接地环材料的选择

应根据被测的流体的腐蚀性来选择电极的材料，请查有关腐蚀手册，对于特殊流体应

作试验

材 料	耐 腐 蚀 性 能
含钼不锈钢 (Ocr18Ni12Mo2Ti)	硝酸、室温下 <5%硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液、在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸
哈氏合金 C 哈氏合金 B (HC , HB)	耐氧化性酸、氧化性盐、耐海水、耐非氧化性酸，非氧化性盐、碱、常温硫酸
钛 (Ti)	海水、各种氯化物和次氯盐酸、氯化性酸（包括发烟硝酸）、有机酸、碱
钽 (Ta)	除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质、包括沸点的盐酸。硝酸<175℃
铂 (Pt)	各种酸、碱、盐、不包括王水

3.2.5 衬里材料选择说明

应根据被测介质的腐蚀性、磨损性和温度来选择内衬材料。

内衬材料	名称	符号	性能	温度	适用液体
橡胶	氯丁橡胶		耐磨性中等，耐一般低浓度的酸碱盐的腐蚀	<80℃	自来水、工业用水、海水
	聚胺脂橡胶		极好的耐磨性能，耐酸碱性能较差	60<℃	纸浆、矿浆等浆液
氟塑料	聚四氟乙烯	F4 或 PTFE	化学性能很稳定、耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀	120<℃	腐蚀性强的酸碱盐液体
	四氟乙烯和六氟丙烯译名：特氟隆 FEP	F46 或 FEP	化学性能略逊于 F4	<80℃	腐蚀性的酸碱盐液体
塑料	四氟乙烯和乙烯	F4 或 ETFE	化学性能略逊于 F4	<80℃	腐蚀性的酸碱盐液体
	聚乙烯	PO	化学性能稳定	60<℃	污水
	聚苯硫醚	PPS		150<℃	热水

3.2.6.流量范围的选择

注：推荐使用的 0.5~5m/S 流速对应的流量量程值，以保证测量精度。

流量 (m ³ /h) 流速(m/s) 口径(mm)	0.2	0.4	0.5	1	5	10
DN10	0.0565	0.1131	0.1414	0.2827	1.414	2.827
DN15	0.127	0.25	0.318	0.636	3.181	6.362
DN20	0.226	0.45	0.566	1.131	5.655	11.31
DN25	0.35	0.71	0.8836	1.767	8.836	17.67
DN32	0.58	1.16	1.448	2.895	14.476	28.95
DN40	0.90	1.81	2.262	4.524	22.619	45.24
DN50	1.414	2.83	3.535	7.069	35.343	70.69
DN65	2.39	4.78	5.973	11.946	59.730	119.5
DN80	3.62	7.24	9.048	18.1	90.478	181
DN100	5.65	11.31	14.14	28.27	141.37	282.7
DN125	8.84	17.67	22.09	44.18	220.89	441.8
DN150	12.7	25.5	31.81	63.62	318.09	636.2
DN200	22.6	45.2	56.55	113.1	565.49	1131
DN250	35.4	70.7	88.36	176.7	883.57	1767
DN300	51	102	127.24	254.5	1272.35	2545
DN350	69	139	173.2	356.4	1731.8	3464
DN400	90	181	226.2	452.4	2261.9	4524
DN450	114	229	286.3	572.6	2862.8	5726
DN500	141	283	353.4	706.9	3534.3	7069
DN600	203	407	508.9	1018	5089.4	10179
DN700	277	554	692.7	1385	6927.2	13854
DN800	362	723	905	1810	9047.8	18096
DN900	458	916	1145	2290	11451	22902
DN1000	565	1131	1414	2827	14137	28274
DN1200	814	1628	2035.8	4069.4	20358	40694

3.2.7 传感器配套要求

传感器信号灵敏度：在 1 米/秒流速下，传感器输出 150 μ V ~200 μ V；

对于 KFD9000 电磁流量计转换器，励磁回路中采用了三个 83.33 mA 电流，组成了 250mA,每个 83.33 mA 电流由一个 15 Ω 精密电阻控制，因此，用户可以通过改动精密电阻的数量来选择不同大小的励磁电流。

转换器出厂时的设定为 250mA 电流，同理若是二个精密电阻，则对应 125 mA。

传感器励磁线圈电阻：250mA 励磁电流：40 ~ 60 Ω ；

187.5mA 励磁电流：60 ~ 80 Ω ；

125mA 励磁电流：100 ~ 120 Ω ；

3.2.8 整机测量精度

VS: 设定量程 (m/s) 表 3.1

通径 mm	量程 m/s	精确度
3~20	0.3 以下	$\pm 0.25\%FS$
	0.3~1	$\pm 1.0\%R$
	1~15	$\pm 0.5\%R$
25~600	0.1~0.3	$\pm 0.25\%FS$
	0.3~1	$\pm 0.5\%R$
	1~15	$\pm 0.3\%R$
700~3000	0.3 以下	$\pm 0.25\%FS$
	0.3~1	$\pm 1.0\%R$
	1~15	$\pm 0.5\%R$

%FS: 相对量程的； %R: 相对测量值的。

3.2.9 模拟电流输出

负载电阻：0~10mA 时，0~1.5k Ω ；

4~20mA 时，0~750 Ω 。

基本误差：0.1% $\pm 10\mu$ A。

3.2.10 数字频率输出

频率输出范围：1~5000Hz；

输出电气隔离：光电隔离。隔离电压：> 1000VDC；

频率输出驱动：场效应管输出，最高承受电压 36VDC，最大负载电流 250mA。

3.2.11 数字脉冲输出

输出脉冲当量：0.001~1.000 m³/cp、

0.001~1.000 Ltr / cp、

输出脉冲宽度：50ms，高频时自动转换成方波；

输出电气隔离：光电隔离，隔离电压：> 1000VDC；

脉冲输出驱动：场效应管输出，最高承受电压 36VDC，最大负载电流 250mA。

3.2.12 报警输出

报警输出接点：FHL---上限报警；ALML---下限报警(选配)；

输出电气隔离：光电隔离。隔离电压：> 1000VDC；

报警输出驱动：达林顿管输出，最高承受电压 36VDC，最大负载电流 250mA。

3.2.13 数字通讯接口及通讯协议

MODBUS 接口：RTU 格式，物理接口 RS-485，电气隔离 1000V；

HART 接口：支持标准 HART 协议，配置 HART 手持器，可在线显示测量值，并可修改仪表参数；

3.2.14 电气隔离

模拟输入与模拟输出间绝缘电压不低于 500V；

模拟输入与报警电源间绝缘电压不低于 500V；

模拟输入与交流电源间绝缘电压不低于 500V；

模拟输出与交流电源间绝缘电压不低于 500V；

模拟输出与大地之间绝缘电压不低于 500V；

脉冲输出与交流电源间绝缘电压不低于 500V；

脉冲输出与大地间绝缘电压不低于 500V；

报警输出与交流电源间绝缘电压不低于 500V；

报警输出与大地间绝缘电压不低于 500V。

4. 转换器接线与操作

4.1 键盘定义与显示

四键操作键盘定义与液晶显示




图 4.1 键盘定义与液晶显示

说明：在测量状态下，按“复合键 + 确认键”，出现转换器功能选择画面“参数设置”，按一下确认键，仪表出现输入密码状态，根据保密级别，按本厂提供的密码对应修改。再按“确认键”后，则进入需要的参数设置状态。如果想返回运行状态，请按住确认键数秒。

4.2 转换器接线图

各接线端子标示含义如下：

IOUT + :	流量电流输出 +
IOUT - :	流量电流输出 -

POUT + :	流量脉冲输出 +
POUT - :	流量脉冲输出 -
OUT + :	报警输出 +
OUT - :	报警输出 -
FUSE:	电源保险丝
485A:	通讯输出
485B:	通讯输出
EX1-Y	励磁线圈+输入
EX2-X	励磁线圈-输入
SIG-A	电极信号+输入
SIG-B	电极信号-输入
GND:	传感器接地输入
DC24V	两线制 24V 电压输入
L:	220V 电源输入
N:	220V 电源输入

4.3 连接电线电缆特性及连接要求

4.3.1 信号线处理




图 4.4.1 信号线处理

信号线标示如下：

双股线： 红色 12 芯线 }
 黑色 12 芯线 } 接励磁电流

黑色双股蔽线：红色 10 芯线接“信号 1”

 黑色 13 芯线接“信号 2”

 屏蔽线接“信号地”

4.3.2 流量信号线

转换器与传感器配套使用时，对被测流体电导率大于 $50\mu\text{S}/\text{cm}$ 的情况，流量信号传输电缆可以使用型号为 $\text{RVVPB2} \times 0.12 \times 280 \text{ mm}^2$ 的聚氯乙烯护套金属网屏蔽信号电缆。使用长度应不大于 100m。信号线与传感器配套出厂。信号线的处理可按图 4.4.1 进行。本转换器提供有等电位激励屏蔽信号输出电压，以降低电缆传输的分布电容对流量信号测量的影响。当被测电导率小于 μ 或长距离传输时，可使用具有等电位屏蔽的双芯双重屏蔽信号电缆。例如 STT3200 专用电缆或 BTS 型三重屏蔽信号电缆。

4.3.3 励磁电流线

励磁电流线可采用二芯绝缘橡皮软电缆线，建议型号为 $\text{RVVP2} \times 0.12 \times 250 \text{ mm}^2$ 。励磁电流线的长度与信号电缆长度一致。

当使用 STT3200 专用电缆时，励磁电缆与信号电缆合并为一根。

4.3.4 输出与电源线

所有输出与电源线由用户根据实际情况自备。但请注意满足负载电流的要求。

4.3.5 接地线连接

转换器壳体接地端子应采用不小于 1.6 mm^2 接地铜线接大地。从转换器壳体到大地的接地电阻应小于 10Ω 。

4.4 数字量输出及计算

数字输出是指频率输出和脉冲输出。频率输出和脉冲输出在接线上用的是同一个

输出点，因此，用户不能同时选用频率输出和脉冲输出,而只能选用其中的一种。

4.4.1 频率输出:

频率输出的范围为 0~5000HZ,频率输出对应的是流量百分比，

$$F = \frac{\text{测量值}}{\text{满量程值}} \cdot \text{频率范围}$$

频率输出的上限可调。用户可选 0~5000HZ，也可选低一点的频率：如0~1000HZ 或 0~5000HZ 等。

频率输出方式一般用于控制应用,因为它反映百分比流量，若用户用于计量应用，则应选择脉冲输出方式。

4.4.2 脉冲输出方式:

脉冲输出方式主要用于计量方式，输出一个脉冲，代表管道流过一个当量的流体，如一个脉冲代表 1L 或代表 1M³ 等。

脉冲当量分成：0.001L，0.01L，0.1L，1L，0.001 M³，0.01 M³，0.1 M³，1 M³。用户在选择脉冲当量时，应注意流量计流量范围和脉冲当量相匹配。对于体积流量，计算公式如下：

$$Q_L = 0.0007854 \times D^2 \times V \quad (\text{L/S})$$

$$Q_M = 0.0007854 \times D^2 \times V \times 10^{-3} \quad (\text{M}^3/\text{S})$$

这里： D-管径（mm）

V-流速（m/s）

如果，管道流量过大而脉冲当量选的过小，将会造成脉冲输出超上限，所以，脉冲输出频率应限制在 3000Hz 以下。管道流量小而脉冲当量选的过大又会造成仪表很长时间才能输出一个脉冲。

另外，必须说明一点，脉冲输出不同于频率输出，脉冲输出是累积够一个脉冲当量就能输出一个脉冲，因此，脉冲输出不是很均匀的。一般测量脉冲输出应选用计数器仪表，而不应选用频率计仪表。

4.4.3 数字量输出的接线

数字量输出有二个接点：数字输出接点，数字地线接点，符号如下：

POUT + ———— 数字输出接点；

POUT - ———— 数字地线接点；

4.5 模拟量输出及计算

4.5.1 模拟量输出

模拟量输出分成两种信号制：0~10mA 和 4~20mA 信号制。使用时，用户通过参数设置在两种信号制中选择一种即可。

模拟量电流输出内部为 24V 供电，在 0~20mA 信号制下，可驱动 750Ω 的负载电阻。

模拟量电流输出对应流量的百分比流量，即：

$$I_0 = \frac{\text{测量值}}{\text{满量程值}} \cdot \text{电流量程} + \text{电流零点}$$

对于 0~10mA 信号制，电流零点为“0”。

对于 4~20mA 信号制，电流零点为 4mA。


因此，为提高输出模拟量电流的分辨率，用户应适当选择流量计的量程。

流量计在出厂时，制造厂已将模拟量输出的各参数校准好。一般情况下，不需要用户再作调整。若出现异常情况，需要用户校准模拟量输出时，可按下列操作规程进行。

4.5.2 模拟输出量调校

(1) 仪表调校准备，

仪表开机运行 15 分钟，使仪表内部达到热稳定。准备 0.1%级电流表，或 250Ω 电阻和 0.1%电压表，按下图接好。



(2) 电流“0”点修正:

将转换器设置到参数设置状态, 选择“电流零点修正”项, 进入, 将标准信号源拨到“0”档, 调整修正系数值, 使电流表正好指示 4mA ($\pm 0.004\text{mA}$)。

(3) 电流满度修正

选择“电流满度修正”参数, 进入, 将标准信号源拨到满量程档, 调整转换器修正系数, 使电流表正好指示 20mA ($\pm 0.004\text{mA}$)。

调整好电流的“0”点和满量程值后, 转换器的电流功能就能保证达到精度。转换器的电流输出线性度在 0.1% 以内。

(4) 电流线性度检查:

将标准信号源拨到 75% , 50% , 25% , 检查输出电流的线性度。

5. 仪表参数设置

KFD9000 电磁流量计转换器、传感器连接到流体管道上后 (无论是标定还是使用), 应首先进行如下工作:

- 将传感器前后的管道用铜线良好紧固连接。
- 将传感器良好接地。
- 调仪表零点时确保管道内流体静止。
- 确保传感器电极氧化膜稳定生成 (电极与流体连续接触 48 小时即可)。

5.1 参数设置功能及功能键操作

要进行仪表参数设定或修改, 必须使仪表从测量状态进入参数设置状态。在测量状态下, 按下“复合键”+“确认键”, 仪表进入到功能选择画面“参数设置”, 然后按一下“确认键”进入输入密码“00000”状态, 按“上键”或“下键”对密码 0 进行修改, 按

“复合键”+“上下键”对光标进行移位，输入正确密码后按“确认键”进入选择操作菜单进行参数设置。

5.1.1 功能选择画面

按下“复合键”+“确认键”进入功能选择画面，然后再按“确认键”进行选择，在此画面里共有 2 项功能可选择：

参数编号	功能内容	说 明
1	参数设置	选择此功能，可进入参数设置画面
2	总量清零	选择此功能，可进行仪表总量清零操作

5.1.2 参数设置

按下“复合键”+“确认键”显示“参数设置”功能，输入仪表密码后，按一下“确认键”进入参数设置状态。

5.1.3 总量清零

按下“复合键”+“确认键”显示“参数设置”，然后再按“上键”翻页到“总量清零”，输入总量清零密码，按一下“确认键”，仪表的清零功能完成，仪表内部的总量为 0。

5.1.4 参数设置菜单

KFD9000 系列共有 50 个参数，使用仪表时，用户应根据具体情况设置各参数。参数一览表如下：参数设置菜单一览表

参数编号	参数文字	设置方式	参数范围	密码级别
1	语 言	选择	中文、英文	1
2	通讯地址	置数	0~99	1
3	波特率	选择	1200~38400	1
4	奇偶校验	选择	无校验、奇校验、偶校验	1
5	口 径	选择	3~3000	1
6	流量单位	选择	L/h、L/m、L/s、m ³ /h、m ³ /m、m ³ /s	1
7	量程设置	置数	0~99999	1
8	阻尼时间	选择	1~99	1
9	方向选择	选择	正向、反向	1
10	流量零点修正	置数	0~±9999	2
11	小信号切除点	置数	0~999.99%	2
12	允许切除显示	选择	允许/禁止	2

13	积算单位	选择	0.001m ³ ~1m ³ 、0.001L~1L、0.001T~1T	2
14	反向输出允许	选择	允许、禁止	2
15	电流输出类型	选择	0~10mA /4~20mA	2
16	脉冲输出方式	选择	频率 / 脉冲	2
17	脉冲当量	选择	0.001m ³ ~1m ³ 、0.001L~1L、	2
18	频率范围	选择	1~ 9999 Hz	2
19	传感器系数	置数	0.0000~9.9999	2
20	空管报警数值	置数	0-99999	2
21	空管报警允许	选择	允许 / 禁止	3
22	上限报警数值	置数	000.00~ 999.99 %	3
23	上限报警允许	选择	允许 / 禁止	3
24	下限报警数值	置数	000.00~ 999.99 %	3
25	下限报警允许	选择	允许 / 禁止	3
26	断线检测允许	选择	允许 / 禁止	3
27	励磁报警允许	选择	允许 / 禁止	3
28	总量清零密码	置数	0-99999	3
29	用户密码设定	用户设置	0-99999	3
30	励磁方式选择	选择	方式 1、2、3	3
31	流量修正点 1	置数	0.0000~9.9999	4
32	流量修正系数 1	置数	00.00~ 99.99	4
33	流量修正点 2	置数	00000~99999	4
34	流量修正系数 2	置数	00000~99999	4
35	流量修正点 3	置数	00000~99999	4
36	流量修正系数 3	置数	00000~99999	4
37	流量修正点 4	置数	00000~99999	4
38	流量修正系数 4	置数	00000~99999	4
39	流量修正点 5	置数	00000~99999	4
40	流量修正系数 5	置数	00000~99999	4
41	正向累计设定	置数	0~999999999	4
42	反向累计设定	置数	0~999999999	4
43	噪音抑制	置数	0~999	4
44	电流零点修正	置数	0.0000~1.9999	5
45	电流满度修正	置数	0.0000~3.9999	5
46	出厂标定系数	置数	0.0000~9.9999	5
47	密度设定	用户设置	0.000~9.999	5
48	远传功能开启	厂家设置	允许 / 禁止	6
49	远传卡号	厂家设置	0~999999999	6
50	远传间隔时间	厂家设置	0~9999	6

仪表参数确定仪表的运行状态、计算方法、输出方式及状态。正确地选用和设置仪表参数，可使仪表运行在最佳状态，并得到较高的测量显示精度和测量输出精度。

仪表参数设置功能设有 6 级密码。其中，1~5 级为用户密码，第 6 级为制造厂

密码。用户可使用第 5 级密码来重新设置第 1~4 级密码。

无论使用哪级密码，用户均可以察看仪表参数。但用户若想改变仪表参数，则使用不同级别的密码。

第 1 级密码（出厂值*****）：用户只能查看仪表参数；

第 2 级密码（出厂值*****）：用户能改变 1~20 仪表参数；

第 3 级密码（出厂值*****）：用户能改变 1~30 仪表参数；

第 4 级密码（出厂值*****）：用户能改变 1~43 仪表参数；

第 5 级密码（出厂值 19818）：用户能改变 1~47 仪表参数。

5.2 四键转换器参数及操作

仪表上电时，自动进入测量状态。在自动测量状态下，仪表自动完成各测量功能并显示相应的测量数据。在参数设置状态下，用户使用四个面板键，完成对仪表参数设置。

5.2.1 按键功能

自动测量状态下键功能

上键或下键：循环选择屏幕下行显示内容；

复合键 + 确认键：进入参数设置状态；

长按确认键 5 秒：返回自动测量状态。

长按下键 10 秒：进入流量正反向选择。

参数设置状态下各键功能

下 键： 光标处数字减 1；

上 键： 光标处数字加 1；

复合键 +下键： 光标左移；

复合键 +上键： 光标右移；

确认键： 进入/退出子菜单；

确认键： 在任意状态，长按 5 秒钟，返回自动测量状态。

- 注：（1）使用“复合键”时，应先按下复合键再同时按住“上键”或“下键”。
- （2）在参数设置状态下，3 分钟内没有按键操作，仪表自动返回测量状态。
- （3）流量零点修正的流向选择，可将光标移至最左面的“+”或“-”下，用“上键”或“下键”切换使之与实际流向相反。

5.3 仪表详细参数说明

5.3.1 语言

电磁转换器具有中、英文两种语言，用户可自行选择操作。

5.3.2 通讯地址

指多机通讯时，本表的通讯地址，可选范围：01 ~ 254 号地址，0 号地址保留。

5.3.3 波特率

转换器通讯波特率选择范围：1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400。

5.3.4 奇偶校验

转换器有无校验、奇校验、偶校验等多种通讯校验模式、用户可自行选择操作。

5.3.5 管道口径

电磁流量计转换器配套传感器通径范围：3 ~ 3000 毫米。

5.3.6 流量单位

在参数中选择流量显示单位，仪表流量显示单位有：L/s、L/m、L/h、m³/s、m³/m、m³/h 用户可根据工艺要求和习惯选定一个合适的流量显示单位。

5.3.7 量程设置

仪表量程设置是指确定上限流量值，仪表的下限流量值自动设置为“0”。

因此，仪表量程设置确定了仪表量程范围，也就确定了仪表百分比显示、仪表频率输出、仪表电流输出与流量的对应关系：

仪表百分比显示值 = (流量值测量值 / 仪表量程范围) * 100 %;

仪表频率输出值 = (流量值测量值 / 仪表量程范围) * 频率满程值;

仪表电流输出值 = (流量值测量值 / 仪表量程范围) * 电流满程值 + 基点;

仪表脉冲输出值不受仪表量程设置的影响;

5.3.8 阻尼时间

长的测量滤波时间能提高仪表流量显示稳定性及输出信号的稳定性，适于总量累计的脉动流量测量。短的测量滤波时间表现为快地测量响应速度，适于生产过程控制中。测量滤波时间的设置采用选择方式。


5.3.9 方向选择

如果用户认为调试时的流体方向与设计不一致，用户不必改变励磁线或信号线接法，而用流量方向设定参数改动即可。

5.3.10 流量零点修正

零点修正时应确保传感器管内充满流体，且流体处于静止状态。流量零点是用流速表示的，单位为 mm / s 。

转换器流量零点修正显示如下：



上行小字显示：FS 代表仪表零点测量值；

下行大字显示：流速零点修正值；

当 FS 显示不为“0”时，应调修正值使 $FS = 0$ 。注意：若改变下行修正值，FS 值增加，需要改变下行数值的正、负号，使 FS 能够修正为零。

流量零点的修正值是传感器的配套常数值，应记入传感器的记录单和传感器标牌。记入时传感器零点值是以 mm / s 为单位的流速值，其符号与修正值的符号相反。

5.3.11 小信号切除点

小信号切除点设置是用量程的百分比流量表示的。小信号切除时，用户可以选择同时切除流量、流速及百分比的显示与信号输出；也可选择仅切除电流输出信号和频率（脉冲）输出信号，保持流量、流速及百分比的显示。

5.3.12 积算单位

转换器显示器为 9 位计数器，最大允许计数值为 999999999。

使用积算单位为 L、m³、T（升、立方米）。

流量积算当量为：0.001T、 0.010T、 0.100T、 1.000T；

0.001L、 0.010L、 0.100L、 1.000L；

0.001m³、 0.010m³、 0.100m³、 1.000m³；

5.3.13 反向输出允许功能

当反向输出允许参数设在“允许”状态时，只要流体流动，转换器就按流量值输出脉冲和电流。当反向输出允许参数设在“禁止”时，若流体反向流动，转换器输出脉冲为“0”，电流输出为信号“4”（4mA 或 0mA）。

5.3.14 电流输出类型

用户可在电流输出类型中选择 0~10mA 或 4~20 mA 电流输出。

5.3.15 脉冲输出方式

脉冲输出方式有频率输出和脉冲输出两种供选择：

- 频率输出方式：频率输出为连续方波，频率值与流量百分比相对应。
频率输出值 = （流量值测量值 / 仪表量程范围）* 频率满程值；
- 脉冲输出方式：脉冲输出为矩形波脉冲串，每个脉冲表示管道流过一个流量当量，脉冲当量由下面的“脉冲当量单位”参数选择。脉冲输出方式多用于总量累计，一般通积算仪表相联接。

频率输出和脉冲输出一般为 OC 门形式。因此，应外接直流电源和负载。具体见第 4.5 节。

5.3.16 脉冲当量

脉冲单位当量指一个脉冲所代表的流量值，仪表脉冲当量选择范围为：

脉冲当量	流量值	脉冲当量	流量值
1	0.001L/cp	5	0.001m ³ /cp
2	0.01L/cp	6	0.01m ³ /cp
3	0.1L/cp	7	0.1m ³ /cp
4	1L/cp	8	01m ³ /cp

在同样的流量下，脉冲当量小，则输出脉冲的频率高，累计流量误差小。

5.3.17 频率范围

仪表频率输出范围对应于流量测量上限，即百分比流量的 100%。频率输出上限值可在 1~5000Hz 范围内任意设置。

5.3.18 传感器系数值

传感器系数：即电磁流量计整机标定系数。该系数由实标得到，并印到传感器标牌上。用户必须将此系数置于 KFD9000 转换器参数表中。

5.3.19 空管报警数值 1-2

转换器空管报警数值共有两个，空管报警数值 1 和空管报警数值 2，数值 1 默认为 500，数值 2 默认为 200，技术人员可根据实际传感器情况进行设定，一般设为默认即可。

5.3.20 空管报警允许

转换器具有空管检测功能，且无需附加电极。若用户选择允许空管报警，则当管道中流体低于测量电极时，仪表能检测出一个空管状态。在检出空管状态后，仪表模拟输出、数字输出置为信号零，同时仪表流量显示为零，用户选择允许或禁止。

5.3.21 上限报警数值

上限报警值以量程百分比计算，该参数采用数值设置方式，用户在 0%~999.99% 之间设置一个数值。仪表运行中满足报警条件，仪表将输出报警信号。

5.3.22 上限报警允许

用户选择允许或禁止。

5.3.23 下限报警数值

下限报警值以量程百分比计算，该参数采用数值设置方式，用户在 0%~999.99% 之间设置一个数值。仪表运行中满足报警条件，仪表将输出报警信号。

5.3.24 下限报警允许

用户选择允许或禁止。

5.3.25 断线检测允许

转换器具有线路检测功能，可反应仪表自身的线路情况，用户可根据需求选择允许或禁止，表示方式为：空管报警/接地故障，空管报警/信号故障，空管报警。

5.3.26 励磁报警

选择允许，带励磁报警功能，选择禁止，取消励磁报警功能。

5.3.27 总量清零密码

用户使用第 5 级别以上密码可以设置该密码，然后在总量清零内设置该密码。

5.3.28 用户密码设定

用户使用第 5 级别以上密码可以设置该密码，注：请牢记设置密码，丢失需返厂。

5.3.29 励磁方式选择

电磁转换器提供三种励磁频率选择：即 1/10 工频（方式 1）、1/16 工频（方式 2）、1/25 工频（方式 3）。小口径的传感器励磁系统电感量小，应选择 1/10 工频。大口径的传感器励磁系统电感量大，用户只能选择 1/16 工频或 1/25 工频。使用中，先选励磁方式 1，若仪表流速零点过高，再依次选方式 2 或方式 3。注意：在何种励磁方式下标定，就必须在何种励磁方式下工作。

5.3.30 流量修正点 1-5

31-41 流量修正点及系数，可参考附录一《非线性修正功能说明》。

5.3.31 正向累计设定

正向累计设置能改变正向累计总量的数值，主要用于仪表维护和仪表更换。

用户使用 5 级密码进入，可修改正向累积量 ($\Sigma+$)，一般设的累积量不能超过计数器所计的最大数值 (99999999)。

5.3.32 反向累计设定

反向累计设置能改变反向累计总量的数值，主要用于仪表维护和仪表更换。

用户使用 5 级密码进入，可修改反向累积量 ($\Sigma-$)，一般设的累积量不能超过计数器所计的最大数值 (99999999)。

5.3.33 噪音抑制

对于干扰环境测量，会产生噪音、磁场或脉冲群对仪表正常测量进扰乱，为克

服此类干扰，转换器采用了变化率抑制算法，转换器设计有置数器，数值越小，对于干扰抑制率越大。

5.3.34 电流零点修正

转换器出厂的电流输出零点调节，使电流输出准确为 0mA 或 4mA。

5.3.35 电流满度修正

转换器出厂的电流输出满度调节，使电流输出准确为 10mA 或 20mA。

5.3.36 出厂标定系数


该系数为转换器制造厂专用系数，转换器制造厂用该系数将电磁转换器测量电路系统归一化，以保证所有电磁转换器间互换性达到 0.1%。

5.3.37 密度设定

当积算单位调整为质量单位时可配合使用。


6. 红外手持遥控键盘

仪表的红外手持遥控操作键盘操作，同仪表的键盘操作相同，操作时请将红外手持遥控操作键盘的红外发射口与仪表的红外接收口平行放置，距离 L 约为 1m，具体操作，见下图：



7.报警信息

电磁流量转换器的印刷电路板采用表面焊接技术，对用户而言，是不可维修的。因此，用户不能打开转换器壳体。

智能化转换器具有自诊断功能。除了电源和硬件电路故障外，一般应用中出现的故障均能正确给出报警信息。这些信息在显示器左方提示出“”。在测量状态下，

仪表自动显示出故障内容如下：

FQH	----	流量上限报警；	FQL	----	流量下限报警；
FGP	----	流体空管报警；	SYS	----	系统励磁报警；

8. 故障处理

8.1 仪表无显示

- * 检查电源是否接通；
- * 检查电源保险丝是否完好；
- * 检查供电电压是否符合要求；

8.2 励磁报警

- * 励磁接线 EX1 和 EX2 是否开路；
- * 传感器励磁线圈总电阻是否小于 150Ω ；
- * 励磁 EX1 和 EX2 对 GND 阻值是否 $\geq 10M\ \Omega$ 。

8.3 空管报警

- * 测量流体是否充满传感器测量管；
- * 用导线将转换器信号输入端子 SIG1、SIG2 和 SIGGND 三点短路，此时如果“空管”提示撤消，说明转换器正常，有可能是被测流体电导率低或空管阈值及空管量程设置错误；
- * 检查信号连线是否正确；
- * 检查传感器电极是否正常：
在有流量的情况下，分别测量端子 SIG1 和 SIG2 对 SIGGND 的电阻应小于 $50k\Omega$ （对介质为水测量值。最好用指针万用表测量，并可看到测量过程有充放电现象）。
- * 用万用表测量 DS1 和 DS2 之间的直流电压应小于 1V，否则说明传感器电极被污染，应给予清洗。

8.4 测量的流量不准确

- * 量流体是否充满传感器测量管；
- * 信号线连接是否正常；
- * 检查传感器系数、传感器零点是否按传感器标牌或出厂校验单设置；

9. 装箱与贮存

9.1 装箱

电磁流量计出厂采用发泡或固定木箱封装方式，具备防摔能力。收到货后检查外包装是否完整，如有损坏可联系销售人员或经销商及时处理。

随机文件包括：安装使用说明书、产品合格证、装箱单各一份。

9.2 运输和贮存

为防止仪表在运转时受到损坏，在到达安装现场以前，请保持制造厂发运时的包装状态。贮存时，贮存地点应具备下列条件的室内，防雨、防潮，机械振动小，并避免冲击；温度范围 $-20\sim+60^{\circ}\text{C}$ ；湿度不大于 80%。

附录一、非线性修正功能说明

非线性修正功能，原则上是用于小流量（0.5m/s）以下的线性调整，该功能设计有 5 段修正，分为 5 个修正点和 5 个修正系数。修正点对应的流量必须满足： $0 < \text{修正点 1}(1.0\text{m/s}) < \text{修正点 2}(2.0\text{m/s}) < \text{修正点 3}(3.0\text{m/s}) < \text{修正点 4}(4.0\text{m/s}) < \text{修正点 4}(5.0\text{m/s})$ ，出厂时各修正点默认为 0.00m/s 各修正系数默认为 1.0000。

修正计算是在原传感器流量系数曲线上进行修正，因此，应先标出传感器系数。根据标出的传感器非线性，设置修正点范围及修正系数，来进行分段修正。若系数设置的合适，不用重新标定。**注意：修正点 1 设为 0.00 m/s 时则关闭修正功能，否则打开该功能。**

式中**原流量**为实际流量，修正后的流量称**修正流量**，修正计算公式如下：

当流量修正点 1 设置为 1.00m/s 时；

修正流量 = 在仪表流速 0-1m/s 区间；流量修正系数 1 × 原流量；

当流量修正点 2 设置为 2.00m/s 时；

修正流量 = 在仪表流速 1-2m/s 区间；流量修正系数 2 × 原流量；

当流量修正点 3 设置为 3.00m/s 时；

修正流量 = 在仪表流速 2-3m/s 区间；流量修正系数 3 × 原流量；

当流量修正点 4 设置为 4.00m/s 时；

修正流量 = 在仪表流速 3-4m/s 区间；流量修正系数 4 × 原流量；

当流量修正点 5 设置为 5.00m/s 时；

修正流量 = 在仪表流速 4-5m/s 区间；流量修正系数 5 × 原流量；

此时当流速大于 5m/s 时=原流量；

式中如果仪表只使用流量修正点 1 设定为 1.00m/s 进行修正，其他修正点为默认设置 0.00m/s，则转换器只在 0-1m/s 区间进行修正，此时当流速大于 1m/s 时=原流量。

附录二、 励磁频率选择（参考）

电磁转换器提供三种励磁频率选择：即 1/8 工频（方式 1）、1/10 工频（方式 2）、1/16 工频（方式 3）。小口径的传感器励磁系统电感量小，应选择 1/10 工频。大口径的传感器励磁系统电感量大，用户只能选择 1/16 工频或 1/25 工频。使用中，先选励磁方式 1，若仪表流速零点过高，再依次选方式 2 或方式 3。

电磁转换器同用户传感器配套中，经常出现用户传感器励磁线圈电阻不符合电磁转换器要求的情况，此时，根据具体情况，可做如下处理：

（1） 励磁线圈电阻小

若励磁线圈电阻小于转换器要求的阻值，可用在励磁线圈回路中串联电阻的方法解决，使总阻值符合转换器要求。串联电阻的功率应大于实际产生功耗的一倍，如在 250 毫安电流下串 10Ω电阻，其功率应选 3W。

（2） 励磁线圈电阻大（改变励磁电流）

若励磁线圈电阻大于转换器要求的阻值，可以选择改变励磁电流的处理方法，例如励磁线圈电阻为 70Ω，对于 250 毫安励磁电流而言，线圈电阻过大，这时，可将励磁电流由 250 毫安改为 187 毫安。


（3） 励磁线圈电阻大（改变线圈接法）

若励磁线圈电阻大于转换器要求的阻值，可以选择改变线圈接法的处理方式，例如励磁线圈总电阻为 200Ω，则每个励磁线圈电阻为 100Ω，采用将上下两个励磁线圈并联的方式，则可使线圈并联后阻值符合要求。若线圈并联后阻值过小，可用串联电阻的方法解决。

根据上面分析，改变传感器的励磁线圈接线法，从励磁线圈两端测量，

使 总电阻 = $(R_1 + R_{L1})$ 并联 $(R_2 + R_{L2}) \leq 120\Omega$;

（如图：R₁、R₂——外加电阻；R_{L1}、R_{L2}——励磁线圈电阻）



(4) 传感器励磁电流稳定时间过长（电感量过大）

对于励磁电流稳定时间过长的问題，首先选用改变励磁方式的办法解决，选用 1/16 工频或 1/25 工频。


若改变励磁方式的办法不能满足使用要求，则仍可采用改变线圈接法来处理。

$$\text{励磁电流渡越时间 } \tau = L / R$$

其中：L —— 励磁线圈电感；R —— 励磁线圈电阻。

因此，减小 L 或增大 R 都会使 τ 减小。

根据上面分析，改变传感器的励磁线圈接线法，如下图：



R_1 、 R_2 —— 外加电阻； R_{L1} 、 R_{L2} —— 励磁线圈电阻。

串联电阻 R_1 、 R_2 后，使总电阻 $(R_1 + R_{L1})$ 并联 $(R_2 + R_{L2}) \leq 120\Omega$ ；